



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023080101

Processo Administrativo Nº 2023080101

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA

Data de Publicação: 16/08/2023 09:30:02

TOTAL DO PROCESSO: 51.402,49

TOTAL DA PROPOSTA

51.402,49

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 080 **Total: 51.402,49**

Item: 1 Unidade: UND Marca: KSS Modelo: FOCO DE TETO 120/120 + KIT EMERG

Descrição: FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE TETO LED. Equipamento móvel, que contenha no mínimo 6 bulbos e com no mínimo duas cúpulas nas configurações: 3x3, 3x4, 3x6, 4x4, 4x6 e 6x6 bulbos, todos com e sem emergência. Modelo que seja versátil, que garanta usos múltiplos, potencializando a visibilidade durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. Que sejam dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, com refletores e filtro multifacetado e antitérmico. Foco equipado com chave liga-desliga, pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi, cabo de alimentação para rede elétrica, manopla removível e autoclavável feita de alumínio anodizado, que aumenta a sua durabilidade. Equipamento fornecido com no mínimo 6 bulbos. Sistema de emergência composto por no mínimo uma bateria interna recarregável, permitindo que a cúpula se mantenha acesa em caso de falta de energia - Na queima de um bulbo os demais permanecem acesos. Detalhes técnicos: Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: de no mínimo 30 watts – 1200 lumens - Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm; Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin – sem calor - Luminosidade do campo -luminoso efetivo no mínimo a 1100 mm de distância: 25000 Lux - Bateria de emergência: 12V 40Ah; Vida útil do led em (média) 50.000 hrs. podendo ser fornecido com Lâmpada halógena H3: 12V – 55W.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 51.402,49 **Valor Unit.: 51.402,49** Total Item: 51.402,49

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023080101
Processo Administrativo Nº 2023080101
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 16/08/2023 09:30:02

TOTAL DO PROCESSO: **51.402,49**

TOTAL DA PROPOSTA

51.402,49

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 122 **Total: 51.402,49**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MEDPEJ Modelo: MEDPEJ

Descrição: FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE TETO LED. Equipamento móvel, que contenha no mínimo 6 bulbos e com no mínimo duas cúpulas nas configurações: 3x3, 3x4, 3x6, 4x4, 4x6 e 6x6 bulbos, todos com e sem emergência. Modelo que seja versátil, que garanta usos múltiplos, potencializando a visibilidade durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. Que sejam dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, com refletores e filtro multifacetado e antitérmico. Foco equipado com chave liga-desliga, pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi, cabo de alimentação para rede elétrica, manopla removível e autoclavável feita de alumínio anodizado, que aumenta a sua durabilidade. Equipamento fornecido com no mínimo 6 bulbos. Sistema de emergência composto por no mínimo uma bateria interna recarregável, permitindo que a cúpula se mantenha acesa em caso de falta de energia - Na queima de um bulbo os demais permanecem acesos. Detalhes técnicos: Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: de no mínimo 30 watts – 1200 lumens - Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm; Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin – sem calor - Luminosidade do campo -luminoso efetivo no mínimo a 1100 mm de distância: 25000 Lux - Bateria de emergência: 12V 40Ah; Vida útil do led em (média) 50.000 hrs. podendo ser fornecido com Lâmpada halógena H3: 12V – 55W.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 51.402,49 **Valor Unit.: 51.402,49** Total Item: 51.402,49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023080101
Processo Administrativo Nº 2023080101
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 16/08/2023 09:30:02

TOTAL DO PROCESSO: **51.402,00**

TOTAL DA PROPOSTA

51.402,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 51.402,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: KSS Modelo:

Descrição: FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE TETO LED. Equipamento móvel, que contenha no mínimo 6 bulbos e com no mínimo duas cúpulas nas configurações: 3x3, 3x4, 3x6, 4x4, 4x6 e 6x6 bulbos, todos com e sem emergência. Modelo que seja versátil, que garanta usos múltiplos, potencializando a visibilidade durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. Que sejam dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, com refletores e filtro multifacetado e antitérmico. Foco equipado com chave liga-desliga, pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi, cabo de alimentação para rede elétrica, manopla removível e autoclavável feita de alumínio anodizado, que aumenta a sua durabilidade. Equipamento fornecido com no mínimo 6 bulbos. Sistema de emergência composto por no mínimo uma bateria interna recarregável, permitindo que a cúpula se mantenha acesa em caso de falta de energia - Na queima de um bulbo os demais permanecem acesos. Detalhes técnicos: Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: de no mínimo 30 watts – 1200 lumens - Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm; Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin – sem calor - Luminosidade do campo luminoso efetivo no mínimo a 1100 mm de distância: 25000 Lux - Bateria de emergência: 12V 40Ah; Vida útil do led em (média) 50.000 hrs. podendo ser fornecido com Lâmpada halógena H3: 12V – 55W.

Quantidade: 1

Val. Ref.: 51.402,49

Valor Unit.: 51.402,00

Total Item: 51.402,00



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023080101
Processo Administrativo Nº 2023080101
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 16/08/2023 09:30:02

TOTAL DO PROCESSO: 51.402,49

TOTAL DA PROPOSTA

51.402,49

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 51.402,49**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MEDPEJ Modelo: MEDPEJ

Descrição: FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE TETO LED. Equipamento móvel, que contenha no mínimo 6 bulbos e com no mínimo duas cúpulas nas configurações: 3x3, 3x4, 3x6, 4x4, 4x6 e 6x6 bulbos, todos com e sem emergência. Modelo que seja versátil, que garanta usos múltiplos, potencializando a visibilidade durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. Que sejam dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, com refletores e filtro multifacetado e antitérmico. Foco equipado com chave liga-desliga, pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi, cabo de alimentação para rede elétrica, manopla removível e autoclavável feita de alumínio anodizado, que aumenta a sua durabilidade. Equipamento fornecido com no mínimo 6 bulbos. Sistema de emergência composto por no mínimo uma bateria interna recarregável, permitindo que a cúpula se mantenha acesa em caso de falta de energia - Na queima de um bulbo os demais permanecem acesos. Detalhes técnicos: Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: de no mínimo 30 watts – 1200 lumens - Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm; Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin – sem calor - Luminosidade do campo -luminoso efetivo no mínimo a 1100 mm de distância: 25000 Lux - Bateria de emergência: 12V 40Ah; Vida útil do led em (média) 50.000 hrs. podendo ser fornecido com Lâmpada halógena H3: 12V – 55W.

Quantidade: 1

Val. Ref.: 51.402,49

Valor Unit.: 51.402,49

Total Item: 51.402,49



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023080101
Processo Administrativo Nº 2023080101
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 16/08/2023 09:30:02

TOTAL DO PROCESSO: 51.400,00

TOTAL DA PROPOSTA

51.400,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 017 Total: 51.400,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: MEDPEJ Modelo: FL 2000 TLM

Descrição: FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE TETO LED. Equipamento móvel, que contenha no mínimo 6 bulbos e com no mínimo duas cúpulas nas configurações: 3x3, 3x4, 3x6, 4x4, 4x6 e 6x6 bulbos, todos com e sem emergência. Modelo que seja versátil, que garanta usos múltiplos, potencializando a visibilidade durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. Que sejam dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, com refletores e filtro multifacetado e antitérmico. Foco equipado com chave liga-desliga, pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi, cabo de alimentação para rede elétrica, manopla removível e autoclavável feita de alumínio anodizado, que aumenta a sua durabilidade. Equipamento fornecido com no mínimo 6 bulbos. Sistema de emergência composto por no mínimo uma bateria interna recarregável, permitindo que a cúpula se mantenha acesa em caso de falta de energia - Na queima de um bulbo os demais permanecem acesos. Detalhes técnicos: Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: de no mínimo 30 watts – 1200 lumens - Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm; Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin – sem calor - Luminosidade do campo -luminoso efetivo no mínimo a 1100 mm de distância: 25000 Lux - Bateria de emergência: 12V 40Ah; Vida útil do led em (média) 50.000 hrs. podendo ser fornecido com Lâmpada halógena H3: 12V – 55W.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 51.402,49 Valor Unit.: 51.400,00 Total Item: 51.400,00



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023080101
Processo Administrativo Nº 2023080101
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA
Data de Publicação: 16/08/2023 09:30:02

TOTAL DO PROCESSO: **51.400,00**

TOTAL DA PROPOSTA **51.400,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 015 **Total: 51.400,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MEDPEJ Modelo: FOCO CIRÚRGICO DE TETO DE EMERGÊNCIA - FL-2000 T6E

Descrição: FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE TETO LED. Equipamento móvel, que contenha no mínimo 6 bulbos e com no mínimo duas cúpulas nas configurações: 3x3, 3x4, 3x6, 4x4, 4x6 e 6x6 bulbos, todos com e sem emergência. Modelo que seja versátil, que garanta usos múltiplos, potencializando a visibilidade durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. Que sejam dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, com refletores e filtro multifacetado e antitérmico. Foco equipado com chave liga-desliga, pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi, cabo de alimentação para rede elétrica, manopla removível e autoclavável feita de alumínio anodizado, que aumenta a sua durabilidade. Equipamento fornecido com no mínimo 6 bulbos. Sistema de emergência composto por no mínimo uma bateria interna recarregável, permitindo que a cúpula se mantenha acesa em caso de falta de energia - Na queima de um bulbo os demais permanecem acesos. Detalhes técnicos: Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: de no mínimo 30 watts – 1200 lumens - Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm; Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin – sem calor - Luminosidade do campo -luminoso efetivo no mínimo a 1100 mm de distância: 25000 Lux - Bateria de emergência: 12V 40Ah; Vida útil do led em (média) 50.000 hrs. podendo ser fornecido com Lâmpada halógena H3: 12V – 55W.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 51.402,49 **Valor Unit.: 51.400,00** Total Item: 51.400,00

MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
IRAUCUBA-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023080101

Processo Administrativo Nº 2023080101

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JAYSON MOTA AZEVEDO MESQUITA

Data de Publicação: 16/08/2023 09:30:02

TOTAL DO PROCESSO: **51.129,90**

TOTAL DA PROPOSTA

51.129,90

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 090 **Total: 51.129,90**

Quant.: 1 Unidade: UND Marca: MED LIGHT Modelo: FA APOLLO 06 BULBOS LED

Descrição: FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE TETO LED. Equipamento móvel, que contenha no mínimo 6 bulbos e com no mínimo duas cúpulas nas configurações: 3x3, 3x4, 3x6, 4x4, 4x6 e 6x6 bulbos, todos com e sem emergência. Modelo que seja versátil, que garanta usos múltiplos, potencializando a visibilidade durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. Que sejam dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, com refletores e filtro multifacetado e antitérmico. Foco equipado com chave liga-desliga, pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi, cabo de alimentação para rede elétrica, manopla removível e autoclavável feita de alumínio anodizado, que aumenta a sua durabilidade. Equipamento fornecido com no mínimo 6 bulbos. Sistema de emergência composto por no mínimo uma bateria interna recarregável, permitindo que a cúpula se mantenha acesa em caso de falta de energia - Na queima de um bulbo os demais permanecem acesos. Detalhes técnicos: Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: de no mínimo 30 watts – 1200 lumens - Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm; Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin – sem calor - Luminosidade do campo -luminoso efetivo no mínimo a 1100 mm de distância: 25000 Lux - Bateria de emergência: 12V 40Ah; Vida útil do led em (média) 50.000 hrs. podendo ser fornecido com Lâmpada halógena H3: 12V – 55W.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 51.402,49 **Valor Unit.: 51.129,90** Total Item: 51.129,90