

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Saúde de Iraucuba/CE, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Equipe de Pregão cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a **Aquisição de um FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE TETO LED para ampliar os procedimentos cirúrgicos que atualmente são realizados no hospital municipal, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Iraucuba/CE**, na modalidade Pregão Eletrônico de nº 2023.08.01.01, vem homologar o presente processo, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo **HOMOLOGADO** em favor da empresa: **INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº. 38.098.716/0001-46 com o valor global de **R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais)**, referente ao Item Único.

VENCEDOR: INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QNT	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	FOCO CIRURGICO AUXILIAR DE TETO LED. Equipamento móvel, que contenha no mínimo 6 bulbos e com no mínimo duas cúpulas nas configurações: 3x3, 3x4, 3x6, 4x4, 4x6 e 6x6 bulbos, todos com e sem emergência. Modelo que seja versátil, que garanta usos múltiplos, potencializando a visibilidade durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. Que sejam dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, com refletores e filtro multifacetado e antitérmico. Foco equipado com chave liga-desliga, pintura eletrostática anticorrosiva em epóxi, cabo de alimentação para rede elétrica, manopla removível e autoclavável feita de alumínio anodizado, que aumenta a sua durabilidade. Equipamento fornecido com no mínimo 6 bulbos. Sistema de emergência composto por no mínimo uma bateria interna recarregável, permitindo que a cúpula se mantenha acesa em caso de falta de energia - Na queima de um bulbo os demais permanecem acesos. Detalhes técnicos: Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: de no mínimo 30 watts - 1200 lumens - Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm; Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin - sem calor - Luminosidade do campo -luminoso efetivo no mínimo a 1100 mm de distância: 25000 Lux - Bateria de emergência: 12V 40Ah; Vida útil do led em (média) 50.000 hrs. podendo ser fornecido com Lâmpada halógena H3: 12V - 55W.	UNID	1	KSS/ FOCO DE TETO SKYLED	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00

Iraucuba/CE, 15 de setembro de 2023.


Hérica Oliveira Pinheiro
Secretária de Saúde