

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Secretaria da Saúde, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Equipe de Pregão cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a **Aquisição de equipamentos para os centros de reabilitação de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Irauçuba/CE**, na modalidade Pregão Eletrônico de Nº. 2021.05.24.01, vem homologar o presente processo, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo **HOMOLOGADO** em favor das empresas: **1. JOSÉ NERGINO SOBREIRA**, inscrita no CNPJ de nº 63.478.895/0001-94, com o valor global de **R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)**, referente ao Lote III e **2. PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 04.485.574/0001-71, com o valor global de **R\$ 1.166,38 (um mil e cento e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos)**, referente ao Lote IX, conforme tabela abaixo relacionada.

**VENCEDORA: JOSÉ NERGINO SOBREIRA.**

**LOTE 03**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID	VL.UNI	VL.TOTAL
1	<b>ESTETOSCÓPIO;</b> Especificações: Tamanho: 01 diafragma tamanho pequeno, 01 diafragma tamanho médio e 01 diafragma tamanho grande; Modelo Rappaport; Auscultador com dois tubos; Tubo transmissor em PVC duplo; Câmara de som em liga de alumínio; Membrana do auscultador de plástico rígido; Anel rosqueável de cobre cromado, para troca do diafragma; Olivas removíveis e em três tipos (dura, macia e silicone); Diafragma altamente sensível, dando maior sonoridade nas olivas; Diversas cores disponíveis; Dimensões (C x L x A); 4 X 13.2 X 30 cm; Peso Kg 0.24	<b>BIOLAND</b>	2	UNID	R\$ 40,00	R\$ 80,00
2	<b>TENSIOMENTRO</b> Especificações: Aparelho de Pressão Manual Esfigmomanômetro Aneróide Premium; Tamanho da braçadeira Adulto: Circunferência de 18 a 35cm; Fechamento de contato; - Tamanho do manguito: 12(L)x22cm(C); - Faixa de medição: 0 - 300mmHg; - Valor de uma divisão: 2mmHg; - Graduação Mínima e Máxima: 2mmHg e 304mmHg, respectivamente; - Tolerância: +/- 3mmHg	<b>P. A MED</b>	2	UNID	R\$ 95,00	R\$ 190,00
3	<b>APARELHO DE AEROSOL;</b> Especificações: Modelo: Inalar NE-C701 Cor: Branco e Azul; Alimentação: Bivolt; Tipo: Compressor, Pneumático/Ar, Comprimido;	<b>G-TECH</b>	2	UNID	R\$ 160,00	R\$ 320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**

Velocidade: 0,35ml/min; Nivel de ruído: 70 dB aprox.; Classificação: Equipamento de Classe II, parte aplicada Tipo BF, IP21					
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 590,00</b>

**VENCEDORA: PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.**

**LOTE 09**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID	VL.UNI	VL.TOTAL
1	<b>CADEIRA DE RODAS</b> Especificação: Fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços fixos, apoio para os pés fixos, rodas dianteiras e traseiras aro 06; com pneus maciços. Largura do Assento: 40 cm; Profundidade do Assento: 41 cm; Altura Encosto: 36 cm; Altura do Assento ao Chão: 52 cm; Comprimento Total da Cadeira: 82 cm; Largura Total Aberta: 56 cm; Largura Total Fechada: 23 cm; Altura do Chão à Manopla: 94 cm; Peso da Cadeira: 8 kg; Capacidade Máxima de Peso: 80 kg; Altura do Chão ao AP de Braço: 70 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 20 cm	<b>CARONE</b>	2	UNID	R\$ 583,19	<b>R\$ 1.166,38</b>

Ao setor competente para providências cabíveis.

Irauçuba/CE, 30 de julho de 2021.

  
**Hérica Oliveira Pinheiro**  
**Secretária da Saúde**